

恒温振動試験機 治具寸法図 500Hzまで

取り付け治具の作り方

治具寸法は上面および側面(計5面)共通です。

10mm以上の厚みのアルミ板を用意し
下記の図のように取り付け穴(φ8mm)を開けます。
試験品が中心に来るようにしっかりと固定します。
クッション性のある面を治具側に使用できません。
しっかりとネジ止めしてください。

